

『臨床検査技師国家試験対策マスタートドリル2022』 正誤表

このたびは『臨床検査技師国家試験対策マスタートドリル2022』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

第1刷（2021年6月15日発行）におきまして以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2021年7月16日作成

刷数	訂正箇所	誤	正	掲載
1	p.140・問題93	二波長法の主波長は極大吸収波長よりも（長）波長側に設定する。	二波長法の主波長は（極大吸収波長）で設定し、副波長は主波長よりも（長）波長側に	2021/7/16
1	p.165・問題450	トランスフェリンの分子量は（770,000）である。	トランスフェリンの分子量は（77,000）である。	2021/7/16

2021年7月29日作成

刷数	訂正箇所	誤	正	掲載
1	p.256・問題632	①～⑧のうち、毒物及び劇物取締法において劇物に指定されていないのは（②）、（⑧）である。―― ⁶⁷ 【①キシレン、②エタノール、③メタノール、④クロロホルム、⑤ホルムアルデヒド、⑥アセトン、⑦イソプロピルアルコール、⑧塩酸】	①～⑧のうち、毒物及び劇物取締法において劇物に指定されていないのは（②）、（⑥）、（⑦）である。―― ⁶⁷ 【①キシレン、②エタノール、③メタノール、④クロロホルム、⑤ホルムアルデヒド、⑥アセトン、⑦イソプロピルアルコール、⑧塩酸】	2021/7/29
1	p.299・問題45	検体の輸送を目的に使用する培地は（Thayer-Martin）寒天培地などがある。―― ⁶⁷	検体の輸送を目的に使用する培地は（Cary-Blair）培地などがある。―― ⁶⁷	2021/7/29

2021年9月15日作成

刷数	訂正箇所	誤	正	掲載
1	p.392・問題119	大学病院医療情報ネットワーク（UNIX）	大学病院医療情報ネットワーク（UMIN）	2021/9/15

2021年11月15日作成

刷数	訂正箇所	誤	正	掲載
1	p.211・問題124	潜函病――（下肢静脈）血栓	潜函病――（空気）塞栓	2021/11/15

2021年12月16日作成

刷数	訂正箇所	誤	正	掲載
1	p.125・問題635	下枝静脈には……	下肢静脈には……	2021/12/16
1	p.170・問題517	……、分子中に窒素原子を（3）つもつ。――	……、分子中に窒素原子を（4）つもつ。――	2021/12/16

2022年1月31日作成

刷数	訂正箇所	誤	正	掲載
1	p.310・問題140	……。また、硝酸塩を還元せず、……	……。また、硝酸塩を還元し、……	2022/1/31